



KZ.A.01.0602
ST RK 7.6



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Казахстанский институт стандартизации и метрологии»
Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации
№ KZ.A.01.0602 от 20 февраля 2020 г., действителен до 20 февраля 2025 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о метрологической аттестации методики (метода) измерений

№ 2 от 21.10.2021 г.

Методика (метод) измерений «Методика выполнения измерений уровня миграции, выраженного в единицах массовой концентрации, в водные и воздушные среды ацетофенона, содержащегося в изделиях из резино-латексных композиций, а также полистирола и сополимеров полистирола», разработанная РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии», г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, дом 11, здание «Эталонный центр», аттестована в соответствии с требованиями «Порядка метрологической аттестации методики (метода) измерений», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2016 г. № 21 со следующими метрологическими характеристиками:

Метрологические характеристики

| Диапазон измерений массовой концентрации ацетофенона | Предел | | Показатели точности измерений с $P = 0,95$ | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| | повторяемости, $r_{n=2}$ | воспроизво- димости, R | погрешность, δ | расширенная неопределенность $U_{k=2}$ |
| в водных средах, мг/дм³ | | | | |
| От 0,001 до 0,02 включ. | 8 | 20 | 13 | 13 |
| в воздушных средах, мг/м³ | | | | |
| От 0,001 до 0,05 включ. | 16 | 30 | 20 | 20 |


В результате метрологической аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям. Сведения о согласовании методики (метод) измерений: МВИ согласована с Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Заместитель генерального директора РГП «КазСтандарт»

Ж. Бегайдаров

000160





КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ



KZB502914008EC87EF

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.A.01.0602

от 20 Февраль 2020 г.

действителен до 20 Февраль 2025 г.

дата изменения: 23 Декабрь 2020

БИН 201040035452, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, юридический адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., г.Нур-Султан, пр.Мәңгілік Ел, 11, фактический адрес: Казахстан, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., город Нур-Султан, 010016, Левый берег, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 11, здание "Эталонный центр" аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям СТ РК 7.6-2009. Требования к аккредитации юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений.

Объекты оценки соответствия: ЮЛ, осуществляющие метрологическую аттестацию МВИ.

Область аккредитации приведена в информационной системе.